

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	新县人民医院
采购名称	新县人民医院胃肠镜采购项目
项目金额	198 万
专家 1 论证意见	由于临床业务发展需要和该院病人量的不断增加,结合医院感染控制要求:"一人一镜"分开检查,经消毒后再使用,原随机配置的镜子数量已不能满足需求,基于与主机的匹配性,一致性,建议采用单一来源采购。 付中亮
专家 2 论证意见	该设备在日常工作时,按照标准检查时一人一镜,所以一台主机需几套镜子,现主机为奥林巴斯主机,所以只能配此镜子才能使用。 建议采用单一来源采购。 周阮
专家 3 论证意见	由于本次采购项目为一主机上的配件,为使配件对主机有适配性,必须采购原主机品牌之镜子,因为不同品牌之间的镜子与主机适配性不匹配。故建议单一来源方式采购本项目物品。 刘阳
拟定供应商	信阳市翔飞宇医疗器械有限公司